

FLOCARE® INFINITY™ PUMPE

Enteral ernæringspumpe til mobilt eller stasjonært bruk.

Flocare® Infinity™ pumpe er utstyrt med automatisk anti free-flow og audio- samt visuelle alarmfunksjoner som sørger for trygg bruk. Pumpens lilla farge, sammen med tilhørende lilla pumpesett og lilla skrukork på emballasjen til Nutricias sondeløsninger, bidrar til å skille enteralt utstyr fra parenteralt. Flocare® Infinity™ pumpe skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ pumpesett.



TILBEHØR:



Flocare® sekk for voksne



Flocare® ramme til sekk



Flocare® sekk for barn

BESTILLING:

Flocare® Infinity™ pumpen kan bestilles ved å sende e-post til: ordre.amnno@nutricia.com

Produktnavn	Best.nr.	Varenr.	Antall per salgsenhet
Flocare Infinity Pumpe	35682	812063	1
Relatert utstyr:			
Flocare sekk for voksne	35785	981828	1
Flocare sekk for barn	35786	884877	1
Flocare ramme til sekk	35783	830156	1

FLOCARE® INFINITY™ PUMPE:

Indikasjon:

For administrasjon av sondeernæring.

En enteral ernæringspumpe skal alltid brukes ved administrering av sondeernæring direkte inn i tynntarmen, ved korttarmsyndrom og ved risiko for aspirasjon.

Ved diaré, kvalme/ oppkast og nedsatt magekapasitet kan det være fordelaktig å anvende ernæringspumpe ved administrasjon av sondeernæring.

Enteral ernæringspumpe anbefales også ved oppstart av enteral ernæring, ved tilføring av sondeernæring om natten og ved overgang til sondeernæring med høy energitetthet.

Forholdsregler:

Flocare Infinity pumpen skal kun brukes til administrasjon av enteral ernæring.

Tekniske data:

- Infusjonshastighet: 1-400 ml/ time i 1 ml intervaller
- Mulighet for tilføring av maksimal dose (opptil 4000 ml)
- Automatisk anti free-flow funksjon
- Automatisk fylling av ernæringssett
- Husker innstillinger og verdier. Kan tilbakestilles
- 24-timers batterikapasitet (ved 125 ml/ time)
- Stort LCD display med selvforklarende informasjon
- Lyd- og lysalarmer med justerbart volum og styrke
- Størrelse: 14 x 9,5 x 3,5 cm, vekt: 392 g
- Nøyaktighet +/- 5 %
- **Skal kun brukes sammen med Flocare Infinity Pumpesett**

Sammen med pumpen medfølger en flerspråklig bruksanvisning og hurtigguide.

Se også www.nutriciaflocare.com for informasjon, råd og

veiledning om Flocare Infinity pumpen, samt en interaktiv undervisning i bruk av pumpen.

Viktig tillegginformasjon ved bruk av pulverblandede sondeernæringsløsninger:

Sikre at blandingen er fullstendig oppløst og homogen før og under administrering av ernæringen. Dette er for å unngå eventuell opphopning av uoppløste partikler som kan hemme pumpens yteevne.

All pulverernæring og all annen flytende ernæring, må være egnet for enteral sondeernæring ved bruk av flocare infinitypumpe. Ovenstående gjør seg især gjeldende hos pasienter hvor forstyrrelser eller forsinkelser i ernæringstilførselen kan påvirke deres helsetilstand. Her anbefales dessuten følgende:

- Å anvende og programmere "DOSE SETTING", hvor "END OF DOSE" vil fremgå på displayet og alarmer vil gå når dosen er gitt. NB: Slå ikke av lyden på alarmer i disse tilfellene. "Air In Line" (AIL) alarm skal ikke anvendes til indikasjon for at dosen er gitt ferdig.
- Sikre at mengden ernæring i beholderen er større enn den dosen som er innstilt til å gis. Dette er for å unngå evt. luftbobler i ernæringssettet under og etter administreringen.